ORGANISME AGREE PAR
LE MINISTERE DES AFFAIRES
SOCIALES ET DE LA SANTE

LABORATOIRE NATIONAL DE MÉTROLOGIE ET D'ESSAIS

ATTESTATION DE CONFORMITE
ATTESTATION OF CONFORMITY
N° 34820 - 2

APPAREILS DE PRETRAITEMENT PAR DESINFECTION
DISINFECTION PRETREATMENT APPLIANCES

Documents de référence / Reference document

Textes réglementaires / Regulations :

Article R.1335-8 et suivants du code de la santé publique
Arrêté du 20 avril 2017 relatif au prétraitement par désinfection des DASRIA (NOR: AFSP1618294A)
Arrêté du 28 avril 2017 portant agrément du LNE (NOR: AFSP1712530A)

Normes / Standard : NF X 30-503-1 : Février 2016

Référentiel / Framework : Référentiel LNE - Revue n°1 - Janvier 2020

Titulaire de l'attestation / Attestation holder :

ECODAS
28 RUE DE SEBASTOPOL
FRANCE - 59100 - ROUBAIX

Appareil fabriqué par / Appliance manufactured by :

ECODAS
28 rue de SEBASTOPOL
FRA - ROUBAIX - 59100

Référence commerciale de l'appareil / Commercial reference of the appliance : ECODAS T1000

Technologie pour la modification de l'apparence / Technology for the appearance modification :
Broyage / Grinding

Technologie pour la désinfection / Technology for the disinfection :
Traitement thermique - Stérilisation à la vapeur d'eau saturée / Heat treatment - Steam sterilization

Référence du dossier technique / Technical file reference : ANNEXE 3 T1000 Rev 1

Référence du rapport d'évaluation / Evaluation file reference : P171722/4

Le LNE atteste que l'appareil décrit dans le dossier technique et le rapport d'évaluation susvisés répond aux prescriptions réglementaires et normatives définies dans les documents de référence.

The LNE attests that the appliance referenced in the technical file and in the evaluation file aforementioned meets the regulatory and normative requirements defined in the reference documents.

Date de première délivrance : First issue date	27 septembre 2018
Date de début de validité : Effective date	27 septembre 2023
Valable jusqu'au : Valid until	26 septembre 2028

Délivré à Paris,
Pour le Directeur Général

Laboratoire national de métrologie et d'essais • LNE

Signature numérique de PASCAL PRUDHON ID
Date : 2023.02.21 10:06:27 +01'00'

Pascal PRUDHON
Responsable du Pôle Certification Environnement,

Renouvelle le certificat 34820-1

Laboratoire national de métrologie et d'essais • Etablissement public à caractère industriel et commercial
Siège social : 1, rue Gaston Boissier - 75724 Paris Cedex 15 • Tél. : 01 40 43 37 00 - Fax : 01 40 43 37 37
info@lne.fr • lne.fr • RCS Paris 313 320 244 - NAF : 7120B - TVA : FR 92 313 320 244