

# ATTESTATION DE CONFORMITE ATTESTATION OF CONFORMITY

N° 34820 - 2

## APPAREILS DE PRETRAITEMENT PAR DESINFECTION DISINFECTION PRETREATMENT APPLIANCES

Documents de référence / Reference document

Textes réglementaires / Regulations :

Article R.1335-8 et suivants du code de la santé publique

Arrêté du 20 avril 2017 relatif au prétraitement par désinfection des DASRIA (NOR: AFSP1618294A)

Arrêté du 28 avril 2017 portant agrément du LNE (NOR: AFSP1712530A)

Normes / Standard : NF X 30-503-1 : Février 2016

Référentiel / Framework : Référentiel LNE - Revue n°1 - Janvier 2020

Titulaire de l'attestation / Attestation holder :

**ECODAS**

**28 RUE DE SEBASTOPOL**

**FRANCE - 59100 - ROUBAIX**

Appareil fabriqué par / Appliance manufactured by :

ECODAS

28 rue de SEBASTOPOL

FRA - ROUBAIX - 59100

Référence commerciale de l'appareil / Commercial reference of the appliance : ECODAS T1000

Technologie pour la modification de l'apparence / Technology for the appearance modification :

Broyage / Grinding

Technologie pour la désinfection / Technology for the disinfection :

Traitement thermique - Stérilisation à la vapeur d'eau saturée / Heat treatment - Steam sterilization

Référence du dossier technique / Technical file reference : ANNEXE 3 T1000 Rev 1

Référence du rapport d'évaluation / Evaluation file reference : P171722/4

**Le LNE atteste que l'appareil décrit dans le dossier technique et le rapport d'évaluation susvisés répond aux prescriptions réglementaires et normatives définies dans les documents de référence.**

**The LNE attests that the appliance referenced in the technical file and in the evaluation file aforementioned meets the regulatory and normative requirements defined in the reference documents.**

Date de première délivrance : 27 septembre 2018

First issue date

Date de début de validité : 27 septembre 2023

Effective date

Valable jusqu'au : 26 septembre 2028

Valid until

Délivré à Paris,

Pour le Directeur Général



Pascal PRUDHON

Signature numérique  
de PASCAL  
PRUDHON ID  
Date : 2023.02.21  
10:06:27 +01'00'

Renouvelle le certificat 34820-1

Responsable du Pôle Certification Environnement,

**Laboratoire national de métrologie et d'essais** • Etablissement public à caractère industriel et commercial

Siège social : 1, rue Gaston Boissier - 75724 Paris Cedex 15 • Tél. : 01 40 43 37 00 - Fax : 01 40 43 37 37

info@lne.fr • lne.fr • RCS Paris 313 320 244 - NAF : 7120B - TVA : FR 92 313 320 244