

ATTESTATION DE CONFORMITE ATTESTATION OF CONFORMITY

N° 34822 - 2

APPAREILS DE PRETRAITEMENT PAR DESINFECTION DISINFECTION PRETREATMENT APPLIANCES

Documents de référence / Reference document

Textes réglementaires / Regulations :

Article R.1335-8 et suivants du code de la santé publique

Arrêté du 20 avril 2017 relatif au prétraitement par désinfection des DASRIA (NOR: AFSP1618294A)

Arrêté du 28 avril 2017 portant agrément du LNE (NOR: AFSP1712530A)

Normes / Standard : NF X 30-503-1 : Février 2016

Référentiel / Framework : Référentiel LNE - Revue n°1 - Janvier 2020

Titulaire de l'attestation / Attestation holder :

ECODAS

28 RUE DE SEBASTOPOL

FRANCE - 59100 - ROUBAIX

Appareil fabriqué par / Appliance manufactured by :

ECODAS

28 rue de SEBASTOPOL

FRA - ROUBAIX - 59100

Référence commerciale de l'appareil / Commercial reference of the appliance : ECODAS T2000

Technologie pour la modification de l'apparence / Technology for the appearance modification :

Broyage / Grinding

Technologie pour la désinfection / Technology for the disinfection :

Traitement thermique - Stérilisation à la vapeur d'eau saturée / Heat treatment - Steam sterilization

Référence du dossier technique / Technical file reference : ANNEXE 3 T2000 Rev 1

Référence du rapport d'évaluation / Evaluation file reference : P171722/6

Le LNE atteste que l'appareil décrit dans le dossier technique et le rapport d'évaluation susvisés répond aux prescriptions réglementaires et normatives définies dans les documents de référence.

The LNE attests that the appliance referenced in the technical file and in the evaluation file aforementioned meets the regulatory and normative requirements defined in the reference documents.

Date de première délivrance : 27 septembre 2018

First issue date

Date de début de validité : 27 septembre 2023

Effective date

Valable jusqu'au : 26 septembre 2028

Valid until

Délivré à Paris,

Pour le Directeur Général



Pascal PRUDHON

Signature
numérique de
PASCAL PRUDHON
ID
Date : 2023.02.21
10:07:37 +01'00'

Renouvelle le certificat 34822-1

Responsable du Pôle Certification Environnement,

Laboratoire national de métrologie et d'essais • Etablissement public à caractère industriel et commercial

Siège social : 1, rue Gaston Boissier - 75724 Paris Cedex 15 • Tél. : 01 40 43 37 00 - Fax : 01 40 43 37 37

info@lne.fr • lne.fr • RCS Paris 313 320 244 - NAF : 7120B - TVA : FR 92 313 320 244